

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke dobara **JN.br. 39/14 - medicinski potrošni materijal, po partijama.**

Pitanje broj 1:

Vežano za JN br 39/14- medicinski potrošni material, u delu Uputstvo ponuđačima, tačka 3.17 zahtevate Rešenje ALIMS za sav medicinski potrošni material iz specifikacije, odnosno za svaku stavku.

Obaveštavamo Vas da se shodno Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik RS br 30/2010, 107/2012), kao i Pravilniku o klasifikaciji medicinskih sredstava (Sl. glasnik RS br 46/2011, čl. br 20), jedino stavka br 4 iz partije br 2 (**sredstva za dezinfekciju hirurških I medicinskih instrumenata**) smatra medicinskim sredstvom i mora imati važeće rešenje ALIMS-a o upisu u Registar medicinskih sredstava.

Ostale stavke iz partije br 2: sredstva za pranje i dezinfekciju pribora i opreme za jelo, sredstva za pranje i dezinfekciju hodnika i čekaonica, nameštaja, sanit. čvorova, sredstva za dezinfekciju rublja, sredstva za higijensko pranje ruku I kože, sredstva za pranje pomoćnog materijala na bazi hlornih jedinjenja su biocidni proizvodi (njihova namena nema jasnu medicinsku indikaciju uključujući prevenciju, lečenje I dijagnostifikovanje bolesti).

Shodno čl. br 6 I čl br 7 Zakona o biocidnim proizvodima (Sl. Glasnik RS br 36/2009, 88/2010, 92/2011) biocidni proizvod može biti u prometu ako ima odobrenje za stavljanje u promet, odnosno rešenje o upisu u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

Prema našim saznanjima, trenutno nema registrovanog medicinskog sredstva za dezinfekciju hirurških I medicinskih instrumenata na bazi alkilamina, koncentrat- 7l koncentrata za 140l radnog rastvora (koncentracija 5%).

Da li se umesto ovog može ponuditi medicinsko sredstvo za dezinfekciju hirurških I medicinskih instrumenata na bazi alkil amina, koncentrat 1l koncentrata za 200l radnog rastvora (koncentracija 0.5%)?

Odgovor br. 1.

Možete ponuditi medicinsko sredstvo za dezinfekciju hirurških I medicinskih instrumenata na bazi alkil amina, koncentrat 1l koncentrata za 200l radnog rastvora (koncentracija 0.5%), a možete ponuditi i sredstva za dezinfekciju koje se nalazi na listi biocidnih proizvoda.

Mladenovac, 21.10.2014. godine

Komisija za JN 39/14