

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA
KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke radova **JN.br. O 26/14 - medicinska oprema, po partijama.**

Pitanje broj 8:

Poštovani,

U predhodno poslatom zahtevu očigledno niste dobili sve priloge. U drugom prilogu je jasno naznačeno na koji deo se odnosi zahtev za izmenu konkursne dokumentacije (obojeno žuto).

Molim Vas da izvršite prijem e:mail poruke – 2 priloga. U predhodnom obraćanju niste izvršili potvrdu prijema e:mail poruke.

Takođe napominjem da svi drugi svetski proizvođači tražene opreme, koji su prisutni na teritoriji Republike Srbije i imaju rešenja od ALIMS-a, npr. Horiba, Sismex, Colter Beckman, Mindray.... i ostali, proizvode hematološke analizatore brzine **60 (šezdeset)** analiza na sat, imaju memoriju **10.000 (deset hiljada)** pacijenata.

Odgovor br. 8

Naručilac je u odgovoru od dana 20.09.2014.godine (koji je objavljen na Portalu JN) pojasnio uslove iz Konkursne dokumentacije i nije u prilici da menja Konkursnu dokumentaciju, s obzirom na protekle rokove.

Mladenovac, 23.09.2014. godine

Komisija za JN O 26/14