

## **DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA**

### **KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA**

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke radova **JN.br. O 26/14 - medicinska oprema, po partijama.**

#### **Pitanje broj 6:**

U navedenoj dokumentaciji Javnog poziva – partija 5 –hematološki brojač, izvršili ste povredu načela jednakosti ponuđača shodno članu 12. ZJN, kao i čl.10. ZJN – načelo obezbeđivanja konkurencije stav 2 (dva) u delu tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Tehničkom specifikacijom datom u navedenom javnom pozivu takođe ste izvršili povredu čl. 72 ZJN, korišćenje tehničkih specifikacija, gde zakonodavac u stavu 1 izričito naglašava – citat ZJN:

Naručilac ne može u konkursnoj dokumentaciji da koristi niti da se poziva na tehničke specifikacije ili standard koje označavaju dobra, usluge ili radove određene proizvodnje, izvora ili gradnje, - završen citat.

Analizom tržišta i poznavanjem prisutnosti svetskih proizvođača koji imaju zastupnike ili distributere na teritoriji Republike Srbije, za navedeni predmet javne nabavke, kao i posedovanje rešenja za puštanje u promet proizvoda izdatih od strane ALIMSA, predočavamo vam sledeće:

Samo jedan od ponuđača na teritoriji Republike Srbije, koji ima rešenje od ALIMS-a, može da dostavi ponudu sa traženom tehničkom specifikacijom.

Imajući u vidu sve gore navedeno, predlažemo vam da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u delu – tehničke specifikacije, kako bi ste obezbedili ravnopravno učešće svih ponuđača u predmetnom postupku.

## **Odgovor br. 6**

Naručilac je svoj zahtev u delu tehničkih karakteristika za partiju 5 – hematološki brojač, prilagodio realnim potrebama koje služba laboratorije ima.

Svesni da ovu opremu obnavljamo posle puno godina, zahtevali smo savremen I kvalitetan aparat, koji će nas služiti duži vremenski period.

U pisanju tehničkih zahteva služili smo se samo podacima sa tržišta Republike Srbije kao I podacima ALIMS-a. Prema njima na tržištu ima više svetski poznatih proizvođača, koji mogu da nam ponude ovu vrstu opreme.

S' obzirom da nam niste napisali niti jednom rečju koji deo tehničkih specifikacija je po vama sporan, mi nismo u mogućnosti da vam bilo kako izađemo u susret, a na način promene istih.

Naš odgovor je, da naručilac ni na koji način nije izvršio povredu člana 12. ZJN, člana 10. Stav2. ZJN I člana 72. Stav 1. ZJN te s'toga ostaje pri svojim tehničkim zahtevima.

Mladenovac, 20.09.2014. godine

**Komisija za JN O 26/14**