



Број:02/461-1

Датум:07.08.2015.године

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke usluga **JN 24-1/15** – Bolnička oprema.

Pitanje broj 1:

Pod rednim brojem 5. Ormarić uz bolesnički krevet.

U opisu piše: Fijoka mora imati sa donje strane rub i razmak između fijoke i krila vrata minimum 3 mm radi mogućnosti izvlačenja fijoke.

Da li je došlo do štamparske greške? Pošto je 3 mm maloi za prste koji treba da izvuku fijoku.

Odgovor br. 1.

Naručilac je prilikom sačinjavanja specifikacije traženih dobara načinio tehničku grešku u opisu fijoke, gde umesto minimum 3 mm treba da stoji minimum 3 cm, koju ovom prilikom ispravlja.

Ovaj odgovor je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Mladenovac, 07.08.2015. godine

Komisija za JN 24-1/15